



CERTIFICAT DE SOURCE RADIOACTIVE SCHELLEE

Commande : CTR04/00017-1-3000

Caractéristiques de la source

Radionucléide : ^{14}C Source N° : 1989 Lot N° : 797	Référence catalogue : C14 - EBRH30 Classification ISO/AFNOR/ANSI C22121
Activité nominale : 3,3 MBq Dimension active : \varnothing 18 mm	

Contrôles

Etanchéité (*)	Date contrôle : 21/01/05
Absence de contamination superficielle (*)	Date contrôle : 21/01/05

(*) selon méthode de contrôle définie dans norme NF ISO 9978

L'absence de contamination superficielle et de fuite de matière radioactive a été contrôlée.

Le LEA certifie que la source ne présentant, ni contamination ni fuite de matière radioactive supérieure à 185 Bq répond aux spécifications des normes nationales et internationales.

Date du certificat : 07/02/05

Contrôle qualité

V. TATIER

CERCA

LEA Laboratoire Etalons d'Activité : Site du Tricastin - B.P. 75 - 26701 Pierrelatte cedex - France
Téléphone : +33 (0)4 75 96 56 00 - Fax : +33 (0)4 75 96 56 40
Siège social : Tour AREVA - B2084 Paris La Défense cedex - France
Téléphone : +33 (0)1 47 88 58 90 - Fax : +33 (0)1 47 86 58 92
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4 000 000 EUR - 572 206 433 RCS NANTERRE - TVA FR 36 572 206 433
CERCA, filiale de FRAMATOME ANP, une coentreprise AREVA et Siemens



CERTIFICAT DE SOURCE RADIOACTIVE SCELLEE

Commande : CTR04/00017/22/02/2005

Caractéristiques de la source

Radionucléide : ^{14}C Source N° : 2005 Lot N° : 797	Référence catalogue : C14 – EBRH30 Classification ISO/AFNOR/ANSI C22121
Activité nominale : 3,3 MBq Dimension active : \varnothing 18 mm	

Contrôles

Étanchéité (*)	Date contrôle : 01/03/05
Absence de contamination superficielle (*)	Date contrôle : 01/03/05

(*) selon méthode de contrôle définie dans norme NF ISO 9978

L'absence de contamination superficielle et de fuite de matière radioactive a été contrôlée.

Le LEA certifie que la source ne présentant, ni contamination ni fuite de matière radioactive supérieure à 185 Bq répond aux spécifications des normes nationales et internationales.

Date du certificat : 01/03/05

Contrôle qualité

V. TATIER

CERCA

LEA Laboratoire Etalons d'Activité : Site du Tricastin - B.P. 75 - 26701 Pierrelatte cedex - France
Téléphone : +33 (0)4 75 96 58 00 - Fax : +33 (0)4 75 96 58 40
Siège social : Tour AREVA - 92084 Paris La Défense cedex - France
Téléphone : +33 (0)1 47 96 58 80 - Fax : +33 (0)1 47 96 58 92
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4 000 000 EUR - 572 206 433 RCS NANTERRE - TVA FR 98 572 205 433
CERCA, filiale de FRAMATOME ANP, une coentreprise AREVA et Siemens